

Avlägsnande av Picc-Line

Avlägsnande av en PICC-line utförs aseptiskt

Material

- Engångs platsförkläde eller ren skyddsrock.
- Rena undersökningshandskar.
- Klorhexidinsprit 5 mg/mL
- Rena kompresser.
- Transparent högpermeabelt förband.
- Om kateterspetsen ska odlas behövs även sterilt omläggningssset, odlingsrör och steril sax.

Tillvägagångssätt

- Informera patienten.
- Sänk patientens huvudända om patientens tillstånd medger detta. Risken för luftemboli vid avlägsnande av PICC anses mycket låg.
- Patienten bör ligga med armen i 90° ut från kroppen då PICC-line avlägsnas.
- Avlägsna kläder och skyddsstrumpa som täcker PICC-line förbandet.
- Desinfektera händerna och ta på undersökningshandskar vid behov.
- Avlägsna alla förband.
- Tvätta huden vid insticksstället samt runtom med god marginal med Klorhexidinsprit 5 mg/mL.
- Dra långsamt ut katetern, med ett hudnära grepp om katetern.
- Applicera en torr dubbelvikt kompress och högpermeabelt förband över insticksstället. Ingen kompression är nödvändig. Förbandet kan avlägsnas efter ett par timmar.
- Inspektera att kateterspetsen är intakt.
- Dokumentera förfarande inklusive hur lätt det var att dra katetern, eventuell kärlspasm och vidtagna åtgärder mot denna samt om katetern var hel och oskadad eller inte.

Den Sjuksköterska eller annan legitimerad personal som avlägsnar PICC-linekatetern ska registrera detta via denna länk

<https://webbenkat.nll.se/evasys/online.php?p=piccline2>

